



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αθήνα, 12-12-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 38693/3165

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
τ.κ.101 91, Παπάγου

Πληροφορίες : Π. Αραμπατζή

Τηλέφωνο : 213 - 130.8249

Fax : 213 - 130.8392

E-mail : p.arabatzi@yme.gov.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Πλήρης επισκευή, καθαρισμός, έλεγχος και επαναδιακρίβωση φωτομετρικής εγκατάστασης και των συνοδών οργάνων ελέγχου, προς κάλυψη αναγκών της Δ/σης Κ.Ε.Δ.Ε.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΚΕΔΕ/οικ.7238/9-10-2019 αίτημα της Δ/σης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Δ23).

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί σε απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πλήρους επισκευής, καθαρισμού, ελέγχου και επαναδιακρίβωσης της φωτομετρικής εγκατάστασης RETRO 2000 του οίκου LMT και των συνοδών οργάνων ελέγχου, προς κάλυψη αναγκών της Δ/σης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Αναθέτουσα Αρχή	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Αντικείμενο	1. Διακρίβωση Πηγής Αναφοράς Λαμπρότητας LN3 μετά από αντικατάσταση λαμπτήρα και έκδοση πιστοποιητικού διακρίβωσης της LMT. 2. Έλεγχος Ομαλής Λειτουργίας, συντήρηση, επισκευή (αν προκύψει) και διακρίβωση του φορητού λαμπρόμετρου Pocket Luxmeter S/N 2865, έκδοση πιστοποιητικού διακρίβωσης LMT και πρωτοκόλλου φασματικής ευαισθησίας V(λ). 3. Επιτόπιος φασματικός έλεγχος λαμπτήρα μονάδας προβολής RETRO 2000 και μέτρηση χρωματικής θερμοκρασίας. 4. Έλεγχος και γενική επιδιόρθωση της φωτομετρικής εγκατάστασης RETRO 2000 στις εγκαταστάσεις της LMT στην Γερμανία, με ασφαλισμένη και εξειδικευμένη συσκευασία και μεταφορά. Καθαρισμός όλων των οπτικών εξαρτημάτων και του εσωτερικού του κελύφους από την επικάλυψη ρύπων. Αντικατάσταση του λαμπτήρα προβολής και επαναρρύθμισή του στην ακριβή θέση λειτουργίας του. Προσδιορισμός της προσδοκώμενης νέας τιμής έντασης φωτισμού στην προδιαγραφείσα χρωματική θερμοκρασία πηγής A / 2856K. Καθαρισμός του αισθητήρα φωτισμού, επαναδιακρίβωση και επαναρρύθμισή του στην θέση του. 5. Σε περίπτωση που, κατά την διενέργεια του ελέγχου και της επισκευής της εγκατάστασης, διαπιστωθεί από τον ανάδοχο η ανάγκη πραγματοποίησης επιπλέον εργασιών ή τοποθέτησης επιπλέον ανταλλακτικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει πριν εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να εγκρίνει την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών και να υπογραφεί νέα σύμβαση. 6. Επανεγκατάσταση της μονάδας στην βάση της και ευθυγράμμισή

	της με τον άξονα μέτρησης αισθητήρα – φωτιζόμενου δοκιμίου.
Κωδικός CPV	50413000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου
Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.	Μέχρι του ποσού των 24.800,00€. Στο προϋπολογισθέν ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν επιπλέον εργασίες ή ανταλλακτικά που αναφέρονται στο υπό α/α 5. του άνωθι περιγραφέντος αντικείμενου και που θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας σύμβασης.
Χρηματοδότηση	Π.Δ.Ε., Σ.Α.Ε. 571, Ε.Ε. 2014ΣΕ57100006
Διαδικασία Ανάθεσης	Απευθείας Ανάθεση.
Κριτήριο Ανάθεσης	Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής.
Δικαιολογητικά για την εξόφληση	1. Φορολογική Ενημερότητα και 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α'147), 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Κρατήσεις	1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει. 2. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011(Α' 204) 3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β' 969) και τον ν. 4412/2016 (Α' 204).
Τόπος Παράδοσης	Πειραιώς 166, Τ.Κ. 118 54, Αθήνα.
Δημοσιότητα	α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr β) Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για τον αναφερόμενο cpv.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ.ΜΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Δ/ση Κ.Ε.Δ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Χρονολογικό Αρχείο
- Αρ. Νικολακοπούλου
- Ε. Γαγλία
- Π. Αραμπατζή

ΕΛ. ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ